

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu s ustanovením §13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

DEGA CZ s.r.o.
K Žižkovu 640/9
190 00 Praha 9

IČ: 279 02 943

prohlašuje, že

detektor plynu DEGA 05 určený pro signalizaci překročení nastavených mezí koncentrací plynu splňuje je v souladu s nařízením vlády č. 17/2003 Sb. a 616/2006 Sb. v platných zněních.

K posouzení shody bylo použito následujících dokumentů:

- ČSN EN 45544-1
- ČSN EN 61010-1
- ČSN EN 61779-1
- ČSN EN 61779-4

Výrobek je za podmínek určených výrobcem v „NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ KOMPAKTNÍHO DETEKTORU DEGA05“ pro použití bezpečný.

Označení CE na výrobku umístěno od roku 11.

Praha, říjen 2011


Ing. Viliam Sič, PhD.
Hlavní manažer společnosti

DEGA CZ s.r.o.
K Žižkovu 9/640
190 00 Praha 9
IČ: 279 02 943 DIČ: CZ279 02 943